

質 問 事 項 書

令和6年4月15日

□ 件 名 : 高規格救急自動車購入

□ 納 入 場 所 : 栃木市消防本部 (栃木市平柳町1丁目34番5号)

番 号	質 疑 事 項	回 答
1	P2-第1章6-(1)中間検査は、積載品取付等は無しで車両のみ検査となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
2	P4-第3章-1-(3)ルーフ前後の赤色警光灯(標準装備)は、一部手動操作による発光パターンの変更となりますが、よろしいでしょうか。(サイドブレーキ連動は無し)	質疑内容で支障ありません。
3	P4-第3章-1-(9)サイドフラッシャーランプは、ルーフサイドではなく、左右ドアミラー組み込み式となりますが、よろしいでしょうか	質疑内容で支障ありません。
4	P4-第3章-1-(17)フロントドア立ち面のA柱保護板は、助手席側がウォッシャー液注入口が有る為、取付が出来ません。運転席側のみ取付でよろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
5	P5-第3章-1-(27)マフラーの排気口はリヤバンパー左下向きに取付となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
6	P6-第3章-2-(1)ステアリングでサイレンランプの一部を操作することが出来ません。ダッシュボード付近の運転席側と助手席側でスイッチ操作となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
7	P6-第3章-2-(4)コーナセンサーは、フロントバンパーとリヤバンパーの前後各2カ所(計4カ所)取付となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。

8	P7-第3章-2-(18) 運転席後部地図入れは、無線機・AVM等の通信機器積載部と取付位置が重複するため、傷病者室内に地図入れ取付となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
9	P7-第3章-3-(5) 患者室の無線スピーカーは、左ルフト中央に取付となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
10	P7-第3章-6-(1) ストレッチャー防振架台は、磁気ダンパー式は設定無しのため、空気式となりますが、よろしいでしょうか。	空気式防振架台がスカッドメイトストレッチャーを積載し、同等の機能を有するのであれば支障ありません。
11	P7-第3章-6-(2) スカッドメイトストレッチャーの場合、脱落防止装置が無しとなりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
12	P8-第3章-6-(19) デジタル電波時計と温湿度計は別々に取付いたしますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
13	P8-第3章-6-(22) AVM本体収納庫は、他社固有の仕様と思われます。通信機器関係の機材は、運転席後部壁面取付となりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
14	P9-第3章-6-(40) 車輪止めは、右サイドドア内の100酸素ボンベ固定装置後方に固定収納でよろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
15	P8-第3章-6-(29) -Iの酸素ボンベ固定装置は、受け台+ワンタッチベルト式となりフックは無しとなりますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。
16	P9-第3章-6-(33) 患者室右側後部パネ部のストレッチャー搬出保護カバー取付は設定無しのため、対応出来ませんが、よろしいでしょうか。	P9-第3章-6-(33) とありますが、患者室右側後部パネ部のストレッチャー搬出保護カバーについては、P9-第3章-6-(31) になります。ストレッチャー出し入れの際、患者室右側後部パネ部にストレッチャーが接触しない構造であれば、ストレッチャー保護カバーを取付けなくても支障ありません。
17	P9-第3章-6-(40) 車輪止めの固定装置は運転室内にはございません。代わりに右サイドドア内部の酸素ボンベ取付台の後方に固定ベルトを取付いたしますが、よろしいでしょうか。	質疑内容で支障ありません。

18	P4-第3章-1-(12) 側面下部からタイヤハウスにかけてのLEDテープですが施工できる業者様をご紹介ください	グランドワークス(栃木県宇都宮市)です。
19	P17-第5章-車両外観図 シェブロンマーキング黄色ですが 1枚の出力品であることとありますが 複数枚品でもよろしいでしょうか	原則1枚の出力品であることとしますが、困難な場合は、契約後の協議にて決定します。
20	質問19で 一枚ものが必須ということであれば対応可能な業者様をご紹介していただけますか	(有)西原マーキング (栃木県宇都宮市)です。
21	P7-第3章-5-(2)携帯電話及び医療情報端末動作確認ですが確認作業のできる業者様をご紹介ください	(株)グッドケア(東京都)です。

※欄が足りない場合は追加してください。